

OXİGEN ANALİZ ÖZEL KONTROL LABORATUVARI
Çakmaklı Mah. Hadımköy Bağlantı Yolu Ufuk Plaza No:57 K:1 D:8 34500
Büyükdöğmece/İSTANBUL Tel:+90 212 8868505 Faks: +90 212 8868504

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
Taraından Akredite Edilmiştir.
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

AB-0953-T

2022-C-08024

09-22

Rapor Numarası (Report Number) :2022-C-08024
Rapor Tarihi (Date of Report) :27/09/2022

Analizin Amacı (Purpose of Analysis) :Özel İstek
Müşteri Adı/Adresi (Customer Name/Address) :Sanipack Solutions Ambalaj ve Sağlık Ürünleri San.Tic.A.Ş.
İvedikköy mah. 1495 cad. No: 3/1 Yenimahalle Ankara Türkiye

Numunenin Gönderildiği Yazının Tarih ve Sayısı :
(Date and Number of the official paper)

Numunenin Adı ve Tanımı (Name and identity of test item) :SANİPACK STERİLİZASYON RULO/ZARF

Numune Tutanak No (Number of record of the sample) :

Numune Parti No / Parti Büyüklüğü (Code of Sample) :. 3 Adet

Numunenin Alındığı Yer (Place of the Sample) :

Numunenin Ambalajı (Package of Sample) :Orjinal Ambalaj

Numunenin Alındığı Tarih (Date of Sampling) :

Numunenin Kabul Tarihi (Date of receipt of test item) :26/09/2022

Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi (Date of Test/End of test) :26/09/2022 - 26/09/2022

Raporun Sayfa Sayısı (Number of pages) :2

Yapılan Analizler (Analysis)	Birim (Unit)	Sonuçlar (Result)	Ölçüm Limiti (Detection Limit)	Geri Kazanım (Recovery) %	Ölçüm Belirsizliği (Uncertainty of Meas.)	Analiz Metodu (Analysis Method)	Değerlendirme (Evaluation)
Ambalaj Sağlamlık (Paket Mukavemet) Testi (*)	N	Kenar 1: 1,263	≤1,2 N	-	-	EN 868-5 ISO 11607-1 ASTM F88/F88M	Uygun
Ambalaj Sağlamlık (Paket Mukavemet) Testi (*)	N	Kenar 2: 1,255	≤1,2 N	-	-	EN 868-5 ISO 11607-1 ASTM F88/F88M	Uygun
Ambalaj Sağlamlık (Paket Mukavemet) Testi (*)	N	Kenar 3: 1,217	≤1,2 N	-	-	EN 868-5 ISO 11607-1 ASTM F88/F88M	Uygun
Ambalaj Sağlamlık (Paket Mukavemet) Testi (*)	N	Kenar 4: 1,249	≤1,2 N	-	-	EN 868-5 ISO 11607-1 ASTM F88/F88M	Uygun
Ambalaj Sağlamlık (Paket Mukavemet) Testi (*)	N	Ortalama: 1,246	≤1,2 N	-	-	EN 868-5 ISO 11607-1 ASTM F88/F88M	Uygun

Açıklamalar (Explanation): Numunenin dört bir kenarı, aşağıda belirtilen şekilde numaralandırılarak 1,5 cm genişliğinde kesilir. Numaralandırma işlemi şu şekilde yapılır: Poşet kapamanın gerçekleştiği kenar 1 numara, karşı tarafı 2 numara, 1 numaralı kenarın solundaki kenar 3 numara; sağdaki kenar ise 4 numara olarak işaretlenir. EN 868-5 standardına göre yapışma dayanımı 15 mm başına min. 1,2 N olmalıdır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren OXİGEN ANALİZ LABORATUVARLARI, TÜRKAK'tan AB-0953-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Rapor Notu:

- Özel istek analiz raporları, adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- Analiz sonuçları teslim alınan ve yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- Gerektiğinde "Ölçüm Belirsizliği" ve "Geri Kazanım" oranları analiz sonucu ile birlikte verilir.
- "**" işaretli analiz metodları akreditasyon kapsamındadır.
- Kısaltmalar Değ.: Değerlendirme
- Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Uygunluk ve uyumsuzluk beyanları için Karar Kuralı Talimatı (T01/PR20) www.oxygenanaliz.com web sitemizde mevcuttur.
- Karar Kuralı 1: Kantitatif Analizlerde ölçüm belirsizliği müşteri lehine olacak şekilde uygulanır.
- Karar Kuralı 2: Mikrobiyolojik, Kalitatif ve Veteriner ilaç Kalıntıları Analizlerinde Karar Kuralı uygulanmaz.

Sezin ALTIOK

Kadriye SEREF

ÇEL Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu

Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu



**OXIGEN ANALİZ ÖZEL KONTROL LABORATUVARI**

Çakmaklı Mah. Hadımköy Bağlantı Yolu Ufuk Plaza No:57 K:1 D:8 34500
Büyükcçekmece/İSTANBUL Tel:+90 212 8868505 Faks: +90 212 8868504

TÜRKAK**TÜRK AKREDİTASYON KURUMU**

Tarafından Akredite Edilmiştir.

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT**

AB-0953-T

2022-C-08024

09-22

Rapor Numarası (Report Number)

:2022-C-08024

Rapor Tarihi (Date of Report)

:27/09/2022

Tasdik Olunur (Approved By)

27/09/2022

Hikmet Tuğrul TEKELİ

Laboratuvar Müdürü

